

§ 3 AR-KO

AR-KO - Ausübungsvorschriften für Kontaktlinsenoptiker

⌚ Berücksichtiger Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

Der Anpaßraum muß mindestens ausgestattet sein mit:

1. 1.einer beleuchteten Sehprobentafel oder einem Sehzeichenprojektor,
2. 2.einer Refraktionseinheit mit Phoropter oder einem Probiergläserkasten mit Refraktionsmeßbrille,
3. 3.einem Ophthalmometer,
4. 4.einem Binokularmikroskop mit Spaltlampe,
5. 5.einer Ultraviolett-Leuchte,
6. 6.einem Scheitelbrechwertmesser,
7. 7.Meßwerkzeugen,
8. 8.ausreichenden Sätzen von Anpassungslinsen,
9. 9.Sterilisations- und Desinfektionsmitteln,
10. 10.Pflegemitteln für Kontaktlinsen,
11. 11.einem Waschbecken mit fließendem Kalt- und Warmwasser.

In Kraft seit 12.01.1996 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at