



Sie können die QR Codes nutzen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

# § 3 AR-KO

## AR-KO - Ausübungsvorschriften für Kontaktlinsenoptiker

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017



Der Anpaßraum muß mindestens ausgestattet sein mit:

1. einer beleuchteten Sehprobentafel oder einem Sehzeichenprojektor,
2. einer Refraktionseinheit mit Phoropter oder einem Probiergläserkasten mit Refraktionsmeßbrille,
3. einem Ophtalmometer,
4. einem Binokularmikroskop mit Spaltlampe,
5. einer Ultraviolett-Leuchte,
6. einem Scheitelbrechwertmesser,
7. Meßwerkzeugen,
8. ausreichenden Sätzen von Anpassungslinsen,
9. Sterilisations- und Desinfektionsmitteln,
10. Pflegemitteln für Kontaktlinsen,
11. einem Waschbecken mit fließendem Kalt- und Warmwasser.

In Kraft seit 12.01.1996 bis 31.12.9999

© 2021 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)