

Anl. 1 MVW Abwassermengenmessung, Probenahme, Probenbehandlung (Probenkonservierung und – homogenisierung)

MVW - Methodenverordnung Wasser

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.08.2026

Die Methoden und technischen Normen der nachstehenden Listen sind im Rahmen der Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung (AAEV) und der branchenspezifischen Abwasseremissionsverordnungen (AEV) gemäß § 4 Abs. 3 AAEV sowie der Emissionsregisterverordnung Oberflächenwasserkörper (EmRegV-OW) anzuwenden.

1	2	
Parameter	Methode	
Abwassermengenmessung offene Gerinne und Freispiegelleitungen	– DIN 19559-1	1983-07-01
	DIN 19559-2	1983-07-01
Abwassermengenmessung Venturigerinne – magnetisch induktive Durchflussmessgeräte Rohrleitungen	– ÖNORM M 5880	1998-02-01
Abwassermengenmessung magnetisch induktive Durchflussmessgeräte Rohrleitungen	– ÖNORM EN ISO 6817	1996-04-01
Abwassermengenmessung Ultraschalldurchflussmessung Rohrleitungen	– VDI/VDE 2642	1996-12-01
Probenahme Probenahmeprogramme und Probenahmetechnik	– ÖNORM EN ISO 5667-1	2007-04-01
Probenentnahme von Abwasser	ÖNORM M 6258	1992-01-01
Probenahme von Abwasser	DIN 38402-11 (DEV A 11)	2009-02-01
Probenahme – Automatisierte Entnahme	ÖNORM EN 16479	2014-10-01
Probenahme – Biologische Testverfahren	ÖNORM EN ISO 5667-16	2018-02-01
Probenkonservierung	ÖNORM EN ISO 5667-3	2013-04-15
Homogenisierung Wasserproben	von DIN 38402-30 (DEV A 30) a)	1998-07-01
1. a)		

In Kraft seit 19.06.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at